

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 17-11-2017 ΕΩΣ 23-11-2017

Τεχνικές Προδιαγραφές για υλικά αιμοδοσίας (σωληνάρια ταχείας πήξης).

Σωληνάρια αιμοληψίας κενού , με επιταχυντή πήξεως ψεκασμένο στα τοιχώματα.

Να μην περιέχουν αντιπηκτικό, ούτε gel διαχωρισμού.

Να έχουν αρνητική πίεση για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος.

Να φέρουν πώμα ασφαλείας (κατάλληλο για όλους τους τύπους δειγματοληπτών αιματολογικών αναλυτών),με στρογγυλό πυθμένα.

Χωρητικότητας 9-10ml.

Να είναι από συνθετικό υλικό PET, ανθεκτικής κατασκευής.

Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Διαστάσεις 16mm x 100mm.

### **Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν :**

A) Ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100, Σάμος ή

B) Fax : 22730-28968 ή

Γ) Ηλεκτρονική Δ/νση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)