



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΓΧΥΤΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη σύριγγα θα πρέπει να ισχύει:

- Να είναι αποστειρωμένη.
- Να είναι διάφανη.
- Να είναι συμβατή με τον αυτόματο έγχυση Accutron CT, Medtron του συγκεκριμένου αξονικού τομογράφου.
- Να είναι χωρητικότητας 200ml και υψηλής πίεσης 83 bar /1200pls.
- Να ισχύει πιστοποιητικό συμβατότητας με τον συγκεκριμένο εγχυτή από ανεξάρτητο φορέα.
- Να ισχύει πιστοποιητικό CE .
- Να διαθέτουν κάποιο είδος σήμανσης (σημείο αναφοράς) ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό εάν η σύριγγα είναι γεμάτη ή άδεια με το υγρό , τόσο για την σωστή λειτουργία του εγχυτή, όσο και για την αποφυγή ατυχημάτων.
- Στη συσκευασία επίσης να εμπεριέχεται φύλο οδηγιών όπου αναγράφονται:
 1. Το υλικό παρασκευής.
 2. Η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
 3. Ο αριθμός παρτίδας.
 4. Η σήμανση CE

Για τις προεκτάσεις θα πρέπει να ισχύει:

- Να είναι αποστειρωμένες.
- Να είναι από κατάλληλο υλικό και συμβατές με την προαναφερθείσα συγκεκριμένη σύριγγα.
- Η προέκταση θα πρέπει να είναι 150cm /305psi περίπου (μιας χρήσεως).
- Να διαθέτουν πιστοποίηση CE.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100 Σάμος ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr