

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 27-11-2017 ΕΩΣ 4-11-2017

1.ΣΕΤ ΥΠΕΡΗΒΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 12 CH

Σετ για υπερηβικό καθετηριασμό κύστεως με καθετήρα 12CH. Να αποτελείται από ένα ανοξείδωτο μαχαιρίδιο, ένα πλαστικό ατραυματικό trocar μαζί με τον οδηγό του και έναν καθετήρα folley 2 way/latex, με επικάλυψη υδρόφιλης πολυουρεθάνης με μπαλόني και ακτινοσκοιερή γραμμή. Να διαθέτει προαιρετικά ουροσυλλέκτη κλειστού τύπου 2lt, βαθμονομημένο. •Σύστημα για εύκολη και ασφαλή αλλαγή του ουροσυλλέκτη. •Εύχρηστο ειδικό σύστημα στερέωσης του καθετήρα με αυτοκόλλητη ταινία. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία. Να φέρει σήμανση CE.

2.ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λάστιχο παροχέτευσης μιας χρήσης, μη σιλικονούχο από Latex (κίτρινου χρώματος) διαφόρων εσωτερικών διαμέτρων. Να είναι μεγάλης ελαστικότητας και με δυνατότητα κλιβανισμού σε κλίβανο ατμού στους 121⁰ C. Να διατίθεται σε κουλούρες των 10μ.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν :

A) ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100, Σάμος ή

B) Fax : 22730-28968 ή

Γ) Ηλεκτρονική Δ/νση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr