



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

**ΠΡΟΣ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ**

Η επιτοίχια διαγνωστική μονάδα να αποτελείται από:
Δύο λαβές για την προσαρμογή διαγνωστικής κεφαλής ωτοσκοπίου και οφθαλμοσκοπίου.

- Να είναι συμβατική με όλες τις κεφαλές αυτού του τύπου.
- Να υπάρχει αυξομείωση της φωτεινότητας και έλεγχος αυξομείωσης με το άγγιγμα του χεριού.
- Να έχει καλώδια σπирάλ μήκους 3m.
- Να έχει 2 διαγνωστικές κεφαλές που να προσαρμόζονται στην επιτοίχια μονάδα:
 - 1 κεφαλή ωτοσκοπίου που να προσαρμόζεται στην μονάδα.
 - 1 κεφαλή οφθαλμοσκοπίου που να προσαρμόζεται στην διπλή μονάδα.Οι κεφαλές του ωτοσκοπίου και του οφθαλμοσκοπίου θα πρέπει να είναι συμβατικές και να προσαρμόζονται στις λαβές της επιτοίχιας μονάδας.
- Να έχει λαμπάκια με • που να προσαρμόζονται στην κεφαλή ωτοσκοπίου – οφθαλμοσκοπίου.
- Θα πρέπει να είναι του κατάλληλου τύπου, δηλαδή του ίδιου τύπου που θα είναι και οι κεφαλές του ωτοσκοπίου – οφθαλμοσκοπίου της αντίστοιχης μονάδας ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής τους όταν θα χαλάσουν.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)