



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΑΠΟ 13/02/2018 ΕΩΣ 20/02/2018

Η επιτροπή συσκέφθηκε και σύνταξε τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

1. Μάσκα οξυγόνου με ασκό επανεισπνοής

Κατασκευασμένη από διαφανή μαλακό πλαστικό υλικό, με πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι. Ικανοποιητικά μεγάλη με μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και αυξομειούμενο ελαστικό ιμάντα για τη προσαρμογή της. Με ασκό χωρητικότητας περίπου 1000cc και βαλβίδα μη επανεισπνοής. Συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους περίπου 2m εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο. Να μην περιέχει λάτεξ και να είναι σε ατομική συσκευασία.

2. Σπάτουλες test - pap

Σπάτουλες ξύλινες μιας χρήσεως μη αποστειρωμένες μήκος 18cm περίπου.

3. Βουρτσάκια test - pap

Βουρτσάκια μιας χρήσεως, πλαστικά, αποστειρωμένα, σε ατομική συσκευασία μήκους περίπου 19cm.

4. Ιμάντας αιμοληψίας

Κατασκευασμένος από ανθεκτικό, ελαστικό, υποαλλεργικό υλικό να διαθέτει κλιπ ασφάλισης και να εφαρμόζεται με το ένα χέρι. Από υλικό που πλένεται, μήκους 40-50 cm.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100 Σάμος ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr (θέμα: παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)

