



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

**ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 13/12/2018 ΕΩΣ 20/12/2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ Νο 24 ΤΥΠΟΥ QUINKE**

Βελόνες ραχιαίας Νο 24 τυπου QUINKE

- 1)ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
- 2)ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ
- 3)ΜΗΚΟΣ 90mm
- 4)ΕΞ.ΔΙΑΜ.0,55mm
- 5)ΤΥΠΟΣ QUINKE
- 6)ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ
- 7)ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΜΗΚΟΥΣ 38mm και ΕΞ.ΔΙΑΜ.0,9MM
- 8)ΛΕΠΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ
- 9)LATEX FREE
- 10)DEHP FREE
- 11)ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΣΤΟΥ.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)