



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

ΠΡΟΣ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 13/09/2018 ΕΩΣ 20/09/2018
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

- Να είναι ισχυρή και αθόρυβη.
- Να δημιουργεί γρήγορα κενό από 70 έως 90 kpa.
- Να έχει μεγάλη αναρροφητική ικανότητα.
- Να έχει ρυθμιζόμενη αναρροφητική ισχύ με ροοστάτη / ποδοδιακόπτη.
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση με ποδοδιακόπτη και button.
- Να έχει έξτρα φίλτρο.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)