



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΠΡΟΣ Γ' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 17/05/2018 ΕΩΣ 23/05/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Α) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ

- ✓ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ.
- ✓ ΣΤΙΒΑΡΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ✓ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ.
- ✓ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗ
- ✓ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
- ✓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
- ✓ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ (ΝΕΟΓΝΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΗ, ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ) ή ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
- ✓ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ
- ✓ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ✓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Β) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ ,ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ

- ✓ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΞΑΕΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
- ✓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
- ✓ Η ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ VELCRO ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ή ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.
- ✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ✓ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ,ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΘΘΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
- ✓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ
- ✓ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γ) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

- ✓ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΙΒΑΡΗ ΒΑΣΗ.
- ✓ ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
- ✓ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ
- ✓ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ.
- ✓ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ 200 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΗ ΦΟΡΤΗΣΗ

- ✓ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ.
- ✓ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΙΜΩΝ.
- ✓ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ .ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΡΥΘΜΙΑΣ
- ✓ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Η ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΩΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ.
- ✓ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ (ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ , ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ).
- ✓ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ✓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δ) ΦΟΡΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ

- ✓ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ (ΝΕΟΓΝΟΥ,ΠΑΙΔΙΚΗ,ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ) ή ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ
- ✓ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΕΩΣ .
- ✓ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΠΑΛΜΟ .
- ✓ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΡΥΘΜΙΑΣ
- ✓ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ,ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΥΧΡΗΣΤΟ,ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ.
- ✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ✓ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

1. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ISO
2. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 0197.
3. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1060

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν στο Τμήμα Προμηθειών:

A) ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, 83100, Σάμος ή

B) Fax : 22730-28968 ή

Γ) Ηλεκτρονική Δ/νση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr

(με θέμα: παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)