



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιτροπή συσκέφθηκε και σύνταξε τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές:

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών:

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
- Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

Όλα τα είδη θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.

1. Μειωτής οξυγόνου για φιάλη οξυγόνου.
Ο μειωτής οξυγόνου (ρυθμιστής πίεσης) να είναι κατάλληλος να προσαρμόζει σε φιάλη οξυγόνου και να έχει έξοδο γαλλικού τύπου
2. Μειωτής πρωτοξειδίου του αζώτου για φιάλη πρωτοξειδίου του αζώτου.
Ο μειωτής πρωτοξειδίου του αζώτου (ρυθμιστής πίεσης) να είναι κατάλληλος να προσαρμόζει σε φιάλη πρωτοξειδίου του αζώτου και να έχει έξοδο γαλλικού τύπου

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17,
83100 Σάμος, Τμήμα Προμηθειών ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr