



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 08/11/2018 ΕΩΣ 15/11/2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΣΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΚΟΙ ΣΤΟΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1) Οβάλ κολλητικό μέρος, από δερμοπροστατευτικό υλικό κυτταρίνης (η κάτι αντίστοιχο.), με κυκλικές διαβαθμίσεις κοπής από 15mm/minimum έως 70mm / maximum, ανάλογα των διαστάσεων της εκάστου στομίας.
- 2) Μαλακό υλικό, ικανό να προσαρμόζεται υδατοστεγώς στο δέρμα, με βάση την θερμοκρασία σώματος.
- 3) Αυτοκόλλητος σάκος στομίας ,διάφανος, τουλάχιστον από την άνω πλευρά για έλεγχο ροής υγρών και παρακολούθησης στομίας.
Απαραίτητο είναι να υπάρχει ενσωματωμένο στο κάτω μέρος αυτόνομο στόμιο με κλείστρο και να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με απλό ουροσυλλέκτη 2 λίτρων.
- 4) Σάκος κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από υλικό ανεκτό προς το δέρμα.
- 5) Εσωτερικά, ο σάκος να έχει κανάλια διανομής υγρών για άμεσο έλεγχο ροής.
- 6) Δυνατότητα αποσπώμενου παραθύρου και φίλτρου οσμών.
- 7) Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές).