



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

**ΠΡΟΣ Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 03/01/2019 ΕΩΣ 10/01/2019  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ**

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ,κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.

Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία καθώς και από τροχήλατο ίδιου οίκου κατασκευής, σταθερό και ασφαλές στην μετακίνηση, με φρένο, καλάθι και βραχίονα στήριξης καλωδίου.

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

1. Να λειτουργεί με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία μέσω τροφοδοτικού με ένδειξη φόρτισης, να διαθέτει δυνατότητα περίπου 3 ωρών αυτόνομης λειτουργίας μετά τη φόρτιση.
  2. Φίλτρα απόρριψης παρασίτων.
  3. Αριθμός καναλιών 3.
  4. Αντίσταση εισόδου  
> 10 MΩ
  - 5 . Απόκριση συχνότητας  
0,05 - 140 Hz
  6. Ρυθμός δειγματοληψίας λήψης σήματος, περίπου 2000 samples/ sec.
  7. Ανίχνευση εμφυτευμένου βηματοδότη.
  8. Ενσωματωμένο πρόγραμμα μετρήσεων και ανάλυσης του ΗΚΓφήματος
  9. Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.. Να διαθέτει άμεση έναρξη εκτύπωσης ,μεσω αποκλειστικού πλήκτρου μετά την επιλογή της λειτουργίας που έχει επιλεχτεί.
  10. Στεγανό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με ευκολία στην εισαγωγή στοιχείων.
  11. Να υπάρχει διάταξη προστασίας του ασθενή και της συσκευής από τυχαία διαρροή ρεύματος ή από χρήση απινιδωτή.
- Η Οθόνη να:**
- 1.Μπορει να δείχνει ταυτόχρονη απεικόνιση τουλάχιστον 3 καναλιών.
  2. Απεικονίζει παραμέτρους λήψης, καρδιορυθμού και αποκόλλησης ηλεκτροδίων.
  3. Υψηλή διακριτική ικανότητα.
  - 4 .Οχι αφής.

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ**

1. Πυκνότητα καταγραφής Να αναφερθεί.
2. Ταχύτητα καταγραφής τουλάχιστον τέσσερις και οπωσδήποτε οι 25-50mm/sec . Ευαισθησία 0,5, 1, 2 cm/mV

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. Με ΦΑΞ: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)