



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

**ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 08/01/2019 ΕΩΣ 15/01/2019  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ**

- 1) Φίλτρα αναισθησιολογικού μηχανήματος ,για νεογνά και παιδιά αντιμικροβιακά για το 99,9% από όλους τους τύπους μικρόβιων και ιών.
- 2) Ύγρανσης / θέρμανσης.
- 3) Αποστειρωμένα, μιας χρήσης, με την μεγαλύτερο ,κατά το δυνατόν, όριο χρήσης.
- 4) Κατασκευασμένα με διπλό συνδετικό. 22mm / 15mm .
- 5) Να έχουν υποδοχή καπνογραφίας και χαμηλό βάρος.
- 6) Ανάλογους όγκους αντίστασης ,  $I < \text{νεκρό όγκο} >$  και αντίσταση ροής.
- 7) Κατασκευασμένα από υγροσκοπική σελουλοζη.

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος  
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)