



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

**Τεχνικές προδιαγραφές για σκαρφιστήρες για τη μέτρηση σακχάρου.**

**Β' Διαβούλευση μετά από παρατηρήσεις.**

Σκαρφιστήρες διάτρησης δακτύλου συσκευής αιμοληψίας για τη μέτρηση σακχάρου με κυλινδρικό σχήμα, με βελόνα 21G, αποστειρωμένοι. Με πώμα και σκανδάλη ασφαλείας, με ειδικό μηχανισμό για την ασφαλή λήψη τριχοειδικού αίματος από τα δάχτυλα. Με λεπίδα βάθους εισχώρησης ακριβείας 1,8mm για λήψη μέσης ποσότητας τριχοειδικού αίματος.

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη Δ/νση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17,  
83100 Σάμος, Τμήμα Προμηθειών ή
2. Fax: 22730-28968 ή
3. E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr