



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

**<<ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
ΦΛΕΒΟΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 12-10-2020 ΕΩΣ 19-10-
2020 >>**

- Να είναι από υδρόφοβο μη υφασμένο υλικό.
- Να είναι αποστειρωμένο και να διατίθεται το κάθε τεμάχιο σε ατομική συσκευασία.
- Όλα τα μέρη του να αποτελούνται από υποαλλεργικά υλικά.
- Να έχει την απαραίτητη ελαστικότητα ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία κινήσεων.
- Να φέρει απορροφητικό επίθεμα στο κέντρο ώστε να μην κολλάει στο σημείο του καθετηριασμού.
- Να διαθέτει ειδική σχισμή για την υποδοχή και συγκράτηση του φλεβοκαθετήρα.
- Διαστάσεις περίπου 6cm X 8cm

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)