



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

<<ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ

12-10-2020 ΕΩΣ 19-10-2020>>

- **Στηθοσκόπιο Νεογνικό**

Το νεογνικό στηθοσκόπιο να είναι κατασκευασμένο από μοντέλα δύο όψεων με παραδοσιακό διπλό κώδωνα(ανοξείδωτο ατσάλι)/μεμβράνη,με σωλήνα ακουστικών ενός αυλού και να διαθέτει μεγάλη ακουστική ακρίβεια και ευαισθησία. Το βάρος του στηθοσκοπίου να είναι περίπου στα 95gr και το μήκος του στα 71cm. Το βάρος του κώδωνα περίπου στα 30gr και η διάμετρος του διαφράγματος στα 2,7cm. Στην κλίμακα αξιολόγησης της ακουστικότητας της Littmann να βαθμολογείται με 7/10 ή παραπάνω.

- **Στηθοσκόπιο Παιδιατρικό**

Το παιδιατρικό στηθοσκόπιο να είναι από μοντέλα δύο όψεων με παραδοσιακό κώδωνα/μεμβράνη. Ο κώδωνας να είναι διπλός, από ανοξείδωτο ατσάλι, το βάρος του στα 30gr και στα 2,5 cm η διάμετρος του διαφράγματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά να είναι: α)Η υψηλής ποιότητας μεταβλητή μεμβράνη, β) τα μετακινούμενα διαφράγματα, γ)οι στεφάνες κώδωνα, δ)ο σωλήνας ακουστικών ενός αυλού και ε)η μεγάλη ακουστική ευαισθησία και ακρίβεια. Το βάρος του στηθοσκοπίου να είναι στα 100gr και το μήκος του στα 71cm. Η αξιολόγηση στην κλίμακα Littmann να είναι 7/10ή παραπάνω.

✓ **Σημείωση:** Να παρέχονται ανταλλακτικά ελιών στηθοσκοπίου μαλακού τύπου (5 ζεύγη ανά στηθοσκόπιο) λόγω γρήγορης φθοράς τους.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)