



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

<<ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 18-08-2020 ΕΩΣ 25-08-2020 >>.

1. Επιτοίχια Βάση

- Κατάλληλη για αντισηπικά χωρητικότητας 500ml έως 1000ml, η οποία να δέχεται όλα τα συνήθη και τυπικά δοχεία αυτών
- Ανθεκτική μεταλλική ή πλαστική κατασκευή με μεγάλο μεταλλικό βραχίονα, κατάλληλο για χρήση με τον αγκώνα, διαφόρων χρωμάτων
- Εύκολη στην τοποθέτηση και στην περιοδική αλλαγή αντισηπτικού, καθώς και στον καθαρισμό της συσκευής
- Να έχει ειδικό πιατάκι, ώστε να συγκρατεί τις σταγόνες του αντισηπτικού που στάζουν
- Δυνατότητα ρύθμισης της δόσης από 1ml έως 3ml
- Αντλία βάσης εναλλάξιμη
- Να περιέχονται εξαρτήματα στερέωσης στον τοίχο, εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες τοποθέτησης
- Δυνατότητα τοποθέτησης αντισηπτικού υγρού ή σε μορφή gel
- Δυνατότητα ένδειξης επιπέδου αντισηπτικού
- Τα υλικά της συσκευής να είναι πιστοποιημένα για χρήση σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

2. Φιάλη Αντισηπτικού Διαλύματος

- Συμβατή με την επιτοίχια συσκευή χορήγησης αντισηπτικού διαλύματος
- Αντισηπτικό πολυαλκοολούχο, χωρίς χρήση νερού, με ευδατικούς παράγοντες, κατάλληλο για συχνή χρήση
- Χωρίς χρωστικές ουσίες
- Αδιάλυτο για γρήγορη αντισηπία με μικροβιοκτόνο δράση έως 1λεπτό
- Ευρύ φάσμα μικροβίων Gram +, Gram -, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματοκτόνο, ιοκτόνο: HBV, HIV, HcNv, Sars-Covid
- Δερματολογικά ελεγμένο με μελέτες
- Άδεια από τον ΕΟΦ
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες με ISO

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)