



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ
ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΣΑΜΟΥ ΠΡΟΣ Α'
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 21/01/2020 ΕΩΣ 28-01-2020**

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια ενός (1) αφυγραντήρα που θα τοποθετηθεί στο χώρο του Κέντρου Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης Γενικού Νοσοκομείου Σάμου λόγω της έντονης υγρασίας που εμφανίζει το κτήριο.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο αφυγραντήρας θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου. Θα πρέπει να συνοδεύεται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας και να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία. Πρέπει να είναι κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους. Ο υπό προμήθεια αφυγραντήρας θα πρέπει να:

- Έχει ικανότητα αφύγρανσης 20 lt την ημέρα
- Έχει χωρητικότητα δοχείου νερού τουλάχιστο 3 lt
- Να καλύπτει χώρο 90 τ.μ.
- Να λειτουργεί με ιονιστή
- Να έχει ένδειξη πλήρωσης νερού και αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση που γεμίσει το δοχείο
- Έχει σύνδεση εξωτερικής αποχέτευσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ
1.	ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	1	20 lt την ημέρα

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια μιας (1) ψηφιακής βιντεοκάμερας, απαραίτητης για την εφαρμογή της μεθόδου ABA στα παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Η κάμερα θα τοποθετηθεί στο χώρο του Κέντρου Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

Ψηφιακή βιντεοκάμερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Γενικά Χαρακτηριστικά Ψηφιακής Βιντεοκάμερας	
Να αναφερθεί το μοντέλο	ΝΑΙ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής	ΝΑΙ
Τύπος	Ψηφιακή βιντεοκάμερα
Ανάλυση εγγραφής	Full HD 1920x1080 50p
Λειτουργία εγγραφής	ΝΑΙ
Να περιλαμβάνεται Κάρτα μνήμης	Τουλάχιστον 32GB
Σταθεροποίηση εικόνας	ΝΑΙ
Σύστημα φακού	Ψηφιακό Ζουμ: Τουλάχιστον 350x Οπτικό Ζουμ: Τουλάχιστον 30x
Ευρυγώνιος φακός	≥ 26,8 mm
Λήψη φωτογραφιών υψηλής ποιότητας	ΝΑΙ ≥ 9,2 megapixel
Ενσωματωμένη συσκευή προβολής	ΝΑΙ
Οθόνη αφής	LCD τουλάχιστον 6,7 cm
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (ενσωματωμένη)
Ενσωματωμένο ηχείο	ΝΑΙ
Διασύνδεση	Ενσωματωμένο καλώδιο USB Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο,

	Ακροδέκτης HDMI, Είσοδος συσκευής προβολής (micro HDMI) WI-FI
Προσαρμογέας τριπόδου	ΝΑΙ (συμβατός με το προσφερόμενο τρίποδο)
Τρίποδο	ΝΑΙ
Μέγιστο φορτίο	Τουλάχιστον 3kg
Μέγιστο ύψος	140 cm
Βάρος	1.200 g
Εγγύηση	≥ 1 έτος

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Σκοπός των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών είναι να καθορίσουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, που αφορούν την προμήθεια δύο (2) ανεμιστήρων. Οι ανεμιστήρες θα τοποθετηθούν στο χώρο του Κέντρου Φυσικής, Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι ανεμιστήρες θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη εγγύηση της αντιπροσωπείας και να ανταποκρίνεται στους κανονισμούς της Ε.Ε. για ασφαλή λειτουργία. Πρέπει να είναι κατασκευής όχι πέραν του προηγούμενου έτους. Οι υπό προμήθεια ανεμιστήρες θα πρέπει να έχουν:

Μοναδικός σχεδιασμός διπλής φτερωτής για βέλτιστη απόδοση κρύου αέρα, Ισχυρή και αθόρυβη λειτουργία, 6 πτερύγια – δυνατή κυκλοφορία του κρύου αέρα, 3 ρυθμίσεις λειτουργιών: κανονική / φυσική / ύπνου, ρυθμιζόμενο ύψος από 112 σε 135 εκ., μεγάλη, στιβαρή, στρογγυλή βάση για καλύτερη σταθερότητα

Εγγύηση Προμηθευτή : 2 έτη

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)