



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Α'

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 23-03-2020 ΕΩΣ 30-03-2020

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.	Επίπεδα πλέγματα μη απορροφήσιμα	Επίπεδα πλέγματα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ελαφρού βάρους 60gr ανά m^2 ($\pm 5\%$) με συνολική επιφάνεια πόρων τουλάχιστον 84% της επιφάνειας του πλέγματος, εύκαμπτα, ισχυρά, λεπτά, με δυνατότητα να κόβονται εύκολα στο επιθυμητό σχήμα χωρίς να καταστρέφεται η δομή τους. Στις ακόλουθες διαστάσεις : α) 10x15cm β) 15x15cm γ) 30x30cm
2.	Πλέγμα πολυπροπυλενίου	Πλέγμα πολυπροπυλενίου ελαφρού βάρους με μεγάλους πόρους, πλήρως επικαλυμμένο με TiO_2 παρέχοντας εξαιρετική βιοσυμβατότητα, με ελαστικότητα και ελάχιστη συρρίκνωση, να έχει ισχυρή τάση και αντοχή, περίπου 55N/cm. Στις ακόλουθες διαστάσεις : α) 6x9cm β) 8x11cm γ) 10x15cm δ) 15x15cm ε) 20x15cm ζ) 20x25cm η) 30x30cm

Τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων και να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δείγματος .

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)