



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ

ΠΡΟΣ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 24/11/2020 ΕΩΣ 01/12/2020

ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ

1. Ηλεκτρικό γυψοπρίονο ιδανικό για κοπή φυσικού και συνθετικού γύψου καθώς και για ειδικές εφαρμογές ,όπως αυτοψία, εργονομικού σχήματος ώστε να εξασφαλίζει βέλτιστο χειρισμό και ξεκούραστη εργασία.
2. Να είναι μικρού βάρους (έως 1,5 kgf περίπου με το καλώδιο), στιβαρής κατασκευής για βαριά νοσοκομειακή χρήση και χαμηλού επιπέδου θορύβου (έως 77 Db το μέγιστο).
3. Συνολική Ισχύς 500 Watt .
4. Να μεταδίδει χαμηλό ύψος δονήσεων στο χρήστη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
5. Το μοτέρ να έχει υψηλές αποδόσεις και η ταλάντωση του πριονιού να ρυθμίζεται από 6500-24000 ταλαντώσεις ανά λεπτό περίπου.
6. Το μοτέρ κατά τη λειτουργία του να ψύχεται και να προστατεύεται από υπερθέρμανση.
7. Να διαθέτει σύστημα εξαερισμού που μειώνει την εισροή σκόνης στο μοτέρ.
8. Εξοπλισμένο με 2 ανοξείδωτους δίσκους κοπής διαμέτρου 50mm και 65 mm με τα αντίστοιχα κλειδιά αλλαγής τους.
9. Το καλώδιο τροφοδοσίας να έχει μήκος μεγαλύτερο από 4 m.
10. Το προσφερόμενο μηχάνημα να καλύπτει τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας, να διαθέτει σήμανση CE , ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO.
11. Να προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια.

12. . Τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος να δοθούν στην Ελληνική γλώσσα.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)