



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΙΣΟΤΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ
25-02-2020 ΕΩΣ 03-03-2020

1. Να έχουν βάση το διάλυμα riger.
2. Να περιέχουν χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο και χλωριούχο ασβέστιο.
3. Να περιέχουν πολυεξανίδη και πολυαιθυλεογλυκόλη με συγκέντρωση όχι πάνω από 0,02%.
4. Να είναι φιάλες των 1000 ml.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)