



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ
Α' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ**

ΑΠΟ

25-08-2020 ΕΩΣ 01-09-2020

-Να είναι μιας χρήσεως, μακριές, διαφανείς στη δακτυλολαβή, μεγέθους 18 Gauge, 20 Gauge, 22 Gauge.

-Να φέρουν στείλεο με χρωματιστή σήμανση για αναγνώριση του μεγέθους.

-Η βελόνα να είναι από υψηλής ποιότητας με μεγάλη ευχέρεια στη μετακίνηση του στείλεου, μήκους 90mm και δακτυλολαβή πλαστική, εύχρηστη, υψηλής διαφάνειας. Το τέλος της βελόνας να είναι τύπου Quincke (με λοξότμηση).

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)