



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

**ΠΡΟΣ Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 28/12/2020 ΕΩΣ 04/01/2021  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**

**Τεχνικές προδιαγραφές για ιατρικό στηθοσκόπιο ενηλίκων.**

Να διαθέτει μαλακές ελιές, ακουστικά με ανατομική κλίση, εύκαμπτο σωλήνα (latex free), διπλό κώδωνα χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων από ανοξείδωτο ατσάλι.

**Τεχνικές προδιαγραφές για καρότσι νοσηλείας**

Καρότσι με τέσσερις τροχούς περιστρεφόμενους, ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση. Να έχει 2 οριζόντιες ανοξείδωτες επιφάνειες με μήκος από 0,70 cm -1 m (θα προτιμηθεί το μεγαλύτερο μήκος) και πλάτος 50 -60 cm, θα προτιμηθεί το μεγαλύτερο πλάτος.

Στις οριζόντιες επιφάνειες να υπάρχουν περιμετρικά προστατευτικά για να μην πέφτουν πράγματα που θα είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια.

Να έχει από 2 (μεγάλα) ή έως 4 συρτάρια (διαφόρων μεγεθών).

Να έχει 2 υποδοχές (κατά προτίμηση στρογγυλές) για 2 κάδους απορριμμάτων και 1 υποδοχή για δοχείο απόρριψης βελονών και να συνοδεύεται με τους αντίστοιχους κάδους.

Να φέρει χειρολαβές ωθήσεως.

Ύψος καροτσιού μαζί με τα ροδάκια από 85cm έως 95cm περίπου.

**Τεχνικές προδιαγραφές για καρότσι αλλαγής**

Καρότσι με τέσσερις τροχούς περιστρεφόμενους, ελαφρύ και εύκολο στη μετακίνηση.

Να είναι με υλικό που να καθαρίζεται εύκολα με διαστάσεις περίπου 85-95 cm ύψος, 60-90 cm μήκος και 50-60 cm πλάτος.

Να διαθέτει 2-4 συρτάρια

υποδοχή για κάδο απορριμμάτων και υποδοχή για δοχείο απόρριψης αιχμηρών στο επάνω πλαϊνό μέρος του καροτσιού και να συνοδεύεται με τους αντίστοιχους κάδους.

να διαθέτει ανακλινόμενη επιφάνεια για να μπορεί να μαζεύει όταν δεν χρειάζεται.

Να διαθέτει δυο σταθερές οριζόντιες επιφάνειες από υλικό πλενόμενο και μη απορροφητικό.

**Τεχνικές προδιαγραφές για παλμικό οξύμετρο δακτύλου.**

Αξιόπιστη μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου του αίματος (SPO2) και των καρδιακών παλμών.

Εύρος μέτρησης Κορεσμού Οξυγόνου : 35 - 100 % ,

Με ευανάγνωστη και φωτιζόμενη οθόνη και αυτόματο σβήσιμο οθόνης μετά από 5 sec όταν δεν χρησιμοποιείται. Να λειτουργεί με χρήση μπαταρίας και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας .

Να είναι μικρό & ελαφρύ, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, με κορδόνι μεταφοράς.

Αξιόπιστο και εύκολο στη χρήση .

Διάρκεια μπαταρίας: 18 ώρες συνεχούς καταγραφής

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)