



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

ΠΡΟΣ Β' ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 28/12/2020 ΕΩΣ 04/01/2021
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΑΣ

1) Ρύγχη αυτόματης πιπέττας 1000 – 5000 μλ.

- a) Να είναι κατασκευασμένα από ημιδιαφανές πλαστικό υλικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής, φυσικού χρώματος.
- b) Να διαθέτουν διαβάθμιση, για εύκολο οπτικό έλεγχο της ακρίβειας της πιπέττας.
- c) Να διαθέτουν υποδοχή (κολάρο) για να εφαρμόζουν στεγανά και με ασφάλεια στο σώμα της πιπέττας.
- d) Να είναι τύπου Eppendorf
- e) Να είναι συμβατά με πιπέττες Biohit, Dsg, Eppendorf, Genex, Jencons, Socorex, Acura 835 και DLAB.
- f) Οι διαστάσεις των ρυγχών να είναι
 - (1) Μήκος: 147mm
 - (2) Εσωτερική διάμετρος ρύγχους στο κολάρο 14 mm
 - (3) Εξωτερική διάμετρος ρύγχους στο κολάρο 16mm.
- g) Να διατίθενται σε πλαστική συσκευασία χύδην και σε κουτί με υποδοχές (rack) το οποίο να μπορεί να αποστειρώνεται.
Οι δύο παραπάνω συσκευασίες ζητούνται ως διαφορετικά είδη (με χωριστό κωδικό) και θα πρέπει να προφερθούν χωριστές τιμές ανά είδος

2) Ρύγχη αυτόματης πιπέττας 5-200μλ.

- a) Να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας και αντοχής πλαστικό υλικό, χαμηλής επιφανειακής τάσης.
- b) Να διαθέτουν διαβάθμιση, για εύκολο οπτικό έλεγχο της ακρίβειας της πιπέττας.
- c) Να εφαρμόζουν στεγανά και με ασφάλεια στο σώμα της πιπέττας.
- d) Να είναι συμβατά με πιπέττες Finnpiquette, Biohit και DLAB.
- e) Να διατίθενται σε πλαστική συσκευασία χύδην και σε κουτί με υποδοχείς (rack) το οποίο να μπορεί να αποστειρώνεται.
- f) Οι δύο παραπάνω συσκευασίες ζητούνται ως διαφορετικά είδη (με χωριστό κωδικό) και θα πρέπει να προφερθούν χωριστές τιμές ανά είδος.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

- 1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
- 2. FAX: 22730-28968 ή
- 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)