



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»**

**ΠΡΟΣ Α΄ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 28/12/2020 ΕΩΣ 04/01/2021
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ**

1. ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Φιαλίδια αίματος αποστειρωμένα , πλαστικά, άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα, χωρητικότητας από 5ml έως 10ml, τα οποία να περιέχουν αντιπηκτικό και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο) . Να γεμίζουν με την επίδραση κενού αέρος. Επιπλέον να αναγράφεται ο αριθμός παρτίδας , η ημερομηνία λήξης και το REF number.

2. ΔΟΧΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Δοχείο δειγματοληψίας με υδατοστεγές κλείσιμο από βιδωτό καπάκι. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας διαφανές πλαστικό. Ιδανικό για ασφαλή συλλογή και μεταφορά δειγμάτων διαφόρων τύπων. Χωρητικότητας 10-20 ml με εμφανή διαγράμμιση.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)