



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ) ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΛΙΠ ΠΡΟΣ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 28/04/2020 ΕΩΣ 08/05/2020**

Τεχνικές προδιαγραφές συσκευασίας:

1. Το υλικό της ζώνης να είναι ανθεκτικό και να διαθέτει κλιπ ασφάλισης.
2. Το υλικό της ζώνης να είναι υποαλλεργικό, φιλικό προς το δέρμα με σκοπό την αποφυγή αντιδράσεων υπερευαισθησίας του οργανισμού (π.χ. αλλεργία).
3. Η τοποθέτηση της ζώνης να είναι εύκολη, γρήγορη με ασφαλές κράτημα στον βραχίονα του αιμοδότη με σκοπό την αποτελεσματική αιμοληψία.
4. Η απελευθέρωση να γίνεται άμεσα και με ασφάλεια.
5. Να είναι πολλαπλών χρήσεων.
6. Να έχει την δυνατότητα πλύσης σε θερμοκρασία τουλάχιστον 60 °C.
7. Οι ζώνη να έχει μήκος 40cm.

Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)

