



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ»

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ 07-01-2021  
ΕΩΣ 14-01-2021**

**1. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΦΥΛΑΞΗΣ –ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ  
ΣΕΤ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ**

- Το προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι βιομηχανικής κατασκευής ,όχι ιδιοκατασκευή κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση και συγκεκριμένα για χώρο Χειρουργείου.
- Το σύνολο της κατασκευής να προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και να είναι κατάλληλο για την αποθήκευση αποστειρωμένων σετ και υλικών
- Υλικό κατασκευής: Να είναι μεταλλικής κατασκευής ανοξειδωτη ή από πρεσαριστό αλουμίνιο εποξειδικής βαφής.
- Διαστάσεις (Μ x Β x Υ):240cm x50cm x200cm περίπου.
- Οι πόρτες των ντουλαπών να είναι ανοιγόμενες, κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από θερμοδιαμορφωμένο πολυμερές υλικό, υψηλής αντοχής , αντιμικροβιακής σύστασης οπωσδήποτε,ανθεκτικό στις κρούσεις,απαραμόρφωτο ,αναλλοίωτο στα χημικά καθαρισμού με εργονομικό άνοιγμα και κλείσιμο. Οι πόρτες θα φέρουν περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα (ελαστική τσιμούχα – φούσκα) για μεγαλύτερη στεγανότητα και για την απορρόφηση των προσκρούσεων στο κλείσιμο τους.
- Να διαθέτει ράφια που να είναι υψηλής αντοχής. Η αντοχή φορτίου ανά ράφι να είναι τουλάχιστον 20 κιλά
- Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα με αντοχή σε απολυμαντικά υγρά για συχνούς καθαρισμούς.
- Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001:08 και ISO 13485:03. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά) .

- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου(prospectus,manual).
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη(2)και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα έτη.

**Τυχόν παρατηρήσεις να σταλούν:**

1. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : Συντ/χου Κεφαλοπούλου 17, τκ 83100, Σάμος  
ή
2. FAX: 22730-28968 ή
3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση : [promithion@1152.syzefxis.gov.gr](mailto:promithion@1152.syzefxis.gov.gr)  
(με θέμα: Παρατηρήσεις για τεχνικές προδιαγραφές)